



Комплект приспособлений ГОСТ 20287 метод А

Паспорт ТКЛШ 6.210.000-01 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Комплект приспособлений предназначен для размещения в жидкостной бане БНТИ-05-04 и используется при определении температуры текучести нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287 (метод А).

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Состав изделия

2.1 Внешний вид комплекта показан на рисунке 1. Комплект поставки ГОСТ 20287 метод А соответствует перечню, указанному в таблице 1.




Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Втулка	ТКЛШ 8.220.502-01	2
2 Стакан латунный	ТКЛШ 6.210.000-03	2
3 Пробка резиновая №29	ТКЛШ 8.656.504-02	2
4 Пробирка П-2-34-120 ТС с меткой 45 см ³ плоское дно*	покупное изделие	2
5 Кольцо резиновое уплотнительное 034-042-46	покупное изделие	4
6 Кольцо пробковое изоляционное	ТКЛШ 8.240.046	2

* — прилагается копия паспорта на изделие. Пробирка имеет метку уровня, соответствующую объему 45 см³, метки верхнего и нижнего допускаемых отклонений от линии объема пробы (± 3 мм) отсутствуют.

3 Сведения о приемке

Комплект приспособлений ГОСТ 20287 метод А прошел приемо-сдаточные испытания на соответствие ГОСТ 20287 метод А и допущен к применению.

Дата выпуска _____

М.п.


ОКК _____


4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

 (3822) 49–21–52.

 termex@termexlab.ru

 <http://termexlab.ru/>